

Dott. NICOLA TORINA
Coordinatore Infermieristico - UTIR Ospedale Buccheri La
Ferla FBF Palermo



“REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E
TECNOLOGICI DELLA SALA
RISVEGLIO”

Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo

Secondo il decreto legislativo del 30/12/1992 n° 502

Gli ambienti principali sono:

- zona di preparazione
- sale operatorie
- area di risveglio
- zona filtro all' ingresso
- zona sterilizzazione
- zona spogliatoio per il personale

.....e ancora

- locale per la preparazione ed il lavaggio del personale sanitario
- deposito per il materiale pulito
- deposito per il materiale sporco
- servizi igienici per il personale
- area di ristoro
- area per lo sviluppo delle radiografie

Requisiti della sala risveglio

- illuminazione generale indiretta
- spazio per lettini (due lati liberi)
- spazio per lavandino
- spazio per illuminazione locale
- spazio per apparecchio di erogazione gas-medicali
- spazio per apparecchio monitor funzioni vitali
- spazio per armadietti per medicazioni, farmaci, etc....

Requisiti tecnologici : zona di preparazione


- numero di prese elettriche adeguato
- prese di ossigeno
- prese d' aspirazione adeguate
- carrello con materiale e farmaci per l'emergenza
- cardiomonitor con defibrillatore
- apparecchi di monitoraggio (monitor ecg, misuratori di pressione arteriosa, saturimetro a polso)
- numero ricambi aria consigliato e' 6v/h con filtrazione ad alta efficienza.

Requisiti tecnologici: area di risveglio

- numero adeguato di prese elettriche, prese di ossigeno, aria compressa ed aspirazione per ogni letto
- minimo di 6 ricambi d'aria per ora con filtrazione ad alta efficienza
- il numero delle apparecchiature va rapportato al numero di pazienti e al tipo di patologia chirurgica e non va inteso comunque per posto letto.


Apparecchiature raccomandate per l'area di risveglio attrezzata

- monitor ecg
- defibrillatore
- misuratori pressione arteriosa
- sistemi di O2 terapia (flussometri, umidificatori, maschere, ecc..)
- sistemi di ventilazione manuali
- sistemi di aspirazione
- laringoscopio, tubi endotracheali e cannule
- saturimetro a polso
- termometri



Apparecchiature opzionali per l'area di risveglio

- capnografo
- ventilatore meccanico
- pompe a siringa
- stimolatore neuromuscolare
- pace-maker
- il numero delle apparecchiature va rapportato al tipo di patologia chirurgica trattata ed al numero di pazienti



Ubicazione della sala risveglio


- in contiguità del blocco operatorio
- limitare la durata del trasporto del paziente
- permettere l'intervento rapido di un anestesista e di un infermiere
- disporre delle opportune attrezzature

Requisiti strutturali della sala operatoria

- strutture già esistenti, superficie minima di una S.O. 20 mq
- nuove strutture, superficie minima prevista 36 mq
- disponibilità sala operatoria 24 ore su 24 per le urgenze

Importanza della sala risveglio

- sorveglianza del paziente nella fase successiva all'intervento
- controllo dei parametri vitali
- comfort del paziente nella fase post-intervento
- preparazione del paziente
- assistenza specializzata



Premedicazione

- Meperidina o Fentanest (oppioidi)
- Sintodian (droperidolo)
- Diazepam (benzodiazepine)

Ruolo dell'infermiere: risposta del paziente alla premedicazione

Effetti collaterali:

- Depressione respiratoria
- Apnea
- Bradicardia



- Senza un intervento correttivo tempestivo questi fenomeni possono portare:
 - arresto respiratorio
 - depressione circolatoria
 - arresto cardiaco

Altri effetti collaterali sono:

- Ipotensione
- Vertigini
- Visione confusa
- Nausea
- Vomito
- Laringospasmo
- Sudorazione

Sala Risveglio: fase post-operatoria

Sorveglianza dei parametri vitali:

1) Respiratori:

- Ossigenazione, frequenza respiratoria, ampiezza e simmetria delle escursioni toraciche.

2) Cardio-circolatori:

- Frequenza cardiaca, pressione arteriosa.

3) Neurologici:

- Stato di coscienza, orientamento temporo-spaziale, riflessi di protezione delle vie aeree quali tosse e deglutizione.

A wide-angle photograph of a calm, deep blue ocean stretching to the horizon. The sky is a lighter shade of blue with wispy, white clouds. The water's surface shows gentle ripples and a slight reflection of light on the left side.

FINE